SALLE DE TRAVAUX PRATIQUES TECHNIQUE DU VIDE (deuxième année)

Exemples de matériels disponibles :

POMPAGE SECONDAIRE (analyse de gaz par spectrométrie de masse). Le banc permet de descendre à 10⁻⁸ mbar (association d'une pompe turbo et d'une pompe à palette). Les étudiants élaborent le mode opératoire du banc (descente et remontée en pression), analysent les gaz désorbés par la paroi à l'aide d'un spectromètre de masse.



